

Суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйіне мониторинг және бағалау жүргізуге арналған заттай нормаларды бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің м.а. 2015 жылғы 27 мамырдағы № 19-5/477 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 1 шілдеде № 11525 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрінің м.а. 2025 жылғы 31 шілдедегі № 190-НҚ бұйрығымен.

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Су ресурстары және ирригация министрінің м.а. 31.07.2025 № 190-НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджеттік кодексінің 69-бабына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Қоса беріліп отырған суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйіне мониторинг және бағалау жүргізуге арналған заттай нормалар бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының

Ауыл шаруашылығы министрінің

міндетін атқарушы

С. Омаров

"КЕЛІСІЛГЕН"

Қазақстан Республикасының

Қаржы министрі

Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрінің
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 19-5/477 бұйрығымен
бекітілген

Суармалы жерлердің мелиоративтік жай-күйіне мониторинг және бағалау жүргізуге арналған заттай нормалар

Ескерту. Нормалары жаңа редакцияда – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 21.01.2021 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

р/с №	Заттай норманың атауы	Өлшем бірлігі	Сандық мәндегі нормасы	Пайдаланылу мерзімі, жыл	Қолданылу саласы	Таралу саласы	Заттай нормалардың анықтамасы мен қолданылуын нақтылайтын сипаттамалар
			Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрінің "Аймақтық гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедиция" орта	Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрінің "Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедиция" республи			

			лық " респ убл икал ық мем леке ттік меке месі (бұда н әрі - АГГ МО)	респуб ликалы қ мемлек еттік мекеме сі (бұдан әрі – ОҚГГ МЭ)	калық мемлекет тік мекемесі (бұдан әрі –ҚГГМЭ)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-бөлім. Суармалы жерлердің мелиоративтік жай-күйіне мониторинг және бағалау жүргізуге арналған техника мен жабдықтардың тиістілігі нормалары									
1-кіші бөлім. Агромелиорациялық зерттеп-қарау									
1	Жүріп өту мүмкіндігі жоғары автомашина	дана	9	9	5	7	суармалы жерлерге мониторинг жүргізу кезінде	АГГМО, ОҚГГМЭ, ҚГГМЭ	Бензинді, қозғалтқыш көлемі 3000 текше сантиметрге (бұдан әрі - см ³) дейін, бес орынды, 4x4
2	Нивелир	жиынтық	2	2	2	5			Кемінде отыз еселік көру дүрбісі, үштағаны мен рейкасы бар магниттік демпфирлеу жүйесі
3	Қашықтықтан лазерлі өлшеуіш	дана	9	9	9	5			Өлшеу ауқымы 200 метр (бұдан әрі - м), цифрлық, дәлдігі: ±1 миллиметр (бұдан әрі - мм)
4	Жаһандық позициялау жүйесі - GPSнавигатор	дана	9	9	9	5			Түрлі-түсті сенсорлы дисплей 3,6x5,5 сантиметрден (бұдан әрі - см) кем емес, 12 спутниктік қабылдаудан кем емес, рұқсат етілуі 160x240 dots per inch (бұдан әрі - dpi) кем емес, Universal Serial Bus (бұдан әрі - USB)
									Объектив диаметрі кемінде он есе

5	Дүрбі	дана	2	2	2	5			ұлғайту кемінде 30 мм
6	Топыр ақтық қол бұрғысы	жиынтық	9	9	9	3			Бұрғылау тереңдігі 3 м дейін, қарнақ жиынтығы бар шөміш тәрізді кескіштер
2-кіші бөлім. Гидрогеологиялық жұмыстар									
1	Гидрогеологиялық жабдық (деңгей өлшеуіш, сынама сұрыптаушы)	жиынтық	16	20	18	5			Таспалы металл өлшеуіш ұзындығы 50 м, өлшеу дәлдігі 1см-ге дейін. Кері клапыны бар сынама сұрыптаушы, диаметрі 50 мм, көлемі-1 литр (бұдан әрі - л)
2	Гидрогеологиялық бақылауларға арналған жүріп өту мүмкіндігі жоғары автомашина	дана	5	2	2	7			Қозғалтқыш көлемі 2000 см ³ дейін, бензинді, бес орынды, 4x4
3	Жеңіл арбасы бар мотоцикл	дана	-	24	16	5			Бензинді, бір цилиндрлі жанында орналасқан жолаушы тіркемесімен, қозғалтқыш көлемі 250 см ³ дейін
4	Бақылау ұңғымасы	дана	568	3464	1848	14			Ұңғыма тереңдігі 10 м, диаметрі 76,89,108 мм, ұңғыма сүзгіші жез тордан немесе инертті материалдан
5	Өздігін ен жүретін бұрғылау	жиынтық	2	2	1	8			Ұру-айналмалы немесе роторлы типтегі, тереңдігі 50м-ден 200 м-ге дейін, бұрғылаудың барынша диаметрі 300 мм, шнек және бұрғылау құбырлары

	қондырғысы						жиынтығымен, жүріп өту мүмкіндігі жоғары машиналар шассиіне
6	Шнекті бұрғылауға арналған жабдықтың жиынтығы	жиынтық	1	1	1	7	Диаметрі 100 ден 280 мм-ге дейінгі шнек жиынтығы және алтыншы санаттағы жыныстардан өтуге арналған қашауы бар
7	Роторлы бұрғылауға арналған жабдықтың жиынтығы	жиынтық	-	1	-	7	Бұрғылау құбырларының жинағы, диаметрі 73 мм, ниппельді құлыптар және диаметрі 130-дан 260 мм-ге дейінгі қашау жиынтығы
8	Манипуляторы бар автомашина	дана	2	2	1	7	Дизельді, жүккөтергіштігі 5 тоннаға (бұдан әрі - тн) дейін және жебесінің ұзындығы 10 м дейін
9	Су тасушы цистернасы бар автомашина	дана	1	1	1	7	Бензинді, суға арналған цистерна көлемі 3 шаршы метрден (әрі қарай -м ³) кем емес
10	Өзі аударғышавтомашина	дана	1	1	1	7	Бензинді, жүккөтергіштігі 5 тн кем емес
11	Жүріп өту мүмкіндігі жоғары және бақылау өлшеулерге	дана	2	-	1	7	Бензинді, қозғалтқыш көлемі

арналған автомашина								2000 см ³ кем емес, бес орынды, 4x4
12 Бензин тасушы цистернасы бар автомашина	дана	1	1		1	7		Бензинді, сыйымдылығы 3 м ³ кем емес
13 Жүк-жөлаушы тасымалдайтын автомашина, шағын автобус	дана	1	1		1	7		Дизельді, қозғалтқыш көлемі 2400 см ³ кем емес, отыратын орын саны 15-тен кем емес
14 Терең емес ұңғымаларды бұрғылауға арналған мотобұрғы	жиынтық	3	2		1	8	суармалы жерлердің мониторингін жүргізу езінде	Бұрғылау тереңдігі 10 м, шнек және диаметрі 110 мм дейінгі жиынтығымен, қуаттылығы 1,8 ат күші (бұдан әрі- а.к), қозғалтқыш 2 тактілі, бензинді
15 Жылжымалы вагон	дана	2	2		1	7		Ұзындығы 5,5 м кем емес, ені 2,5 м кем емес, биіктігі 3,7 м кем емес, бұрғылау бригадасына арналған ұйықтайтын орынмен, ас үймен, дәліз және жылыту жүйесімен жабдықталған

										Дизельді, көлемі 8 м ³
1 6	Ұңғым аларда н су тартуға арналғ а н жылж ымалы компре ссор	дана	1	1	1	10				

							және қысымы 10 атмосфераға дейін
17	Жылжымалы дәнекерлеу генераторы	дана	2	2	1	10	Дизельді, қуаттылығы 37/50 киловатт (бұдан әрі - кВт) (а.к)
18	Жылжымалы шағын электро-станция	дана	2	2	1	10	Бірфазалық, дизельді, қуаттылығы 5кВт
19	Жаһандық позициялау жүйесі - GPS навигатор	дана	2	1	1	5	Түрлі-түсті сенсорлы дисплей 3,6х5,5 см кем емес, 12 спутниктік қабылдаудан кем емес, рұқсат етілуі 160х240 dpi кем емес, USB
20	Жерасты суларының деңгейін белгілеуге арналған дайвер	дана	568	3464	1848	5	Дәлдігі 0,05 %/50м + 0,10 градус Цельсий бойынша (бұдан әрі - 0С). Жады көлемі 24000 өлшеуге дейін
21	Тасымалды компьютер (ноутбук)	дана	5	14	5	4	Процессордың жиілігі 2,9 гигагерц (бұдан әрі- ГГц) кем емес, жедел жадысы Double Data Rate 3 (бұдан әрі - DDR3) Synchronous Dynamic Random Access Memory 4 (бұдан әрі – SDRAM 4) 4 гигабайт (бұдан әрі - ГБ) 1600 мегагерц (бұдан әрі - МГц) кем емес, қазіргі заманғы лицензияланған Microsoft Windows Rus операциялық жүйесімен және вирустарға қарсы бағдарламасымен

3-кіші бөлім. Гидрологиялық жұмыстар

1	Жүріп өту мүмкіндігі жоғары автомашина	дана	16	13	11	7			Дизельді, көлемі 2000 см ³ , бес орынды, 4x4
2	Арнайы химиялық зертханамен жабдықталған автомашина	дана	2	1	1	7			Дизельді, қозғалтқыш көлемі 3000 см ³ , арнайы зертханалық жабдықпен
3	Су ағынының жылдамдығын өлшеуіш	дана	38	37	38	5			Өлшенетін жылдамдық аралығы секундына 0,05 – 2,500 метр гидрометриялық бағана, қарнақ жиынтығымен
4	Гидрометриялық көпірше	дана	160	116	38	14			Металлды бір өтпелік, ұзындығы 10 м, ені 0,8 м
5	Қайық	дана	2	1	1	7			Резеңке, екі орынды

4-кіші бөлім. Топырақты-мелиорациялық жұмыстар

1	Жүріп өту мүмкіндігі жоғары автомашина	дана	5	4	3	7			Бензинді, қозғалтқыш көлемі 2000 см ³ кем емес, бес орынды, 4x4
2	Жүк-жөлуші тасымалдайтын автомашина	дана	5	2	2	7			Дизельді, қозғалтқыш көлемі 2400 см ³ , отыратын орын саны-12,

	шағын автобус					
3	Ылғал өлшеуіш - тығыздық өлшеуіш	дана	6	6	2	10
4	Жаһандық позициялау жүйесі - GPS навигатор	дана	6	6	2	5
5	Топырақтың сортаңдануын анықтауға арналған геофизикалық құрал	дана	1	1	1	10
6	Топырақтық қолбұрғысы	жиынтық	3	2	2	3
7	Кондуктометр	дана	3	2	2	10
8	Тұз өлшеуіш	дана	3	2	2	10
9	Дүрбі	дана	6	6	4	5

күрделі қиылысты жерлерден өту үшін
Топырақ сынамасының көлемі 10 см ³ , Топырақтың тығыздығын өлшеу ауқымы 1,4 - 2,2 грамм текше сантиметр. Кесілетін шеңбер диаметрі 70 мм, кесілетін шеңбер биіктігі 52 мм
Түрлі-түсті сенсорлы дисплей 3,6х5,5 см кем емес, 12 спутниктік қабылдаудан кем емес, рұқсат етілуі 160х240 dpi кем емес, USB
Дипольді-электрлі-магнитті пішіндеу, тасымалы 3-тен 10 м дейін, тереңдігі 3 м дейін
Бұрғылау тереңдігі 3 м дейін, қарнақ жиынтығы бар шөміш тәрізді кескіштер кесінділер
Тасымалды өлшеуші түрлендіргіш, салыстырмалы электр өткізгіштік датчигі
Температураны өлшеу ауқымы 0-80 0С. Температураны автоматты компенсациялауға арналған сенсор (1 ден-50 дейін)
Объектив диаметрі кемінде он есе

								ұлғайту кемінде 30 мм
10	Литвин о в далалы қ зертха насы	дана	6	6	3	10		Компрессиялық сынақтарға арналған бюкстер, сынама іріктеу сақиналары, пышақпен, таразы мен гирь жиынтығымен жабдықталған
2-бөлім. Су мен топырақ талдамасын жүргізуге арналған құралдар мен зертханалық жабдықтардың тиістілігі нормалары								

1	Ана лити кал ық тара зы	дана	2	5	4	5		Электр ондық, өлшеу диапаз оны 220 граммға (бұдан әрі - г) дейін, дәлдігі 0,1 миллиг рамм (бұдан әрі – мг)
2	Тех ника лық тара зы	дана	2	5	2	5		Электр ондық, өлшеу диапаз оны 3,2 килогр ам (бұдан әрі – кг) , дәлдігі 1 мг, қателігі +/- 0,05 мг дейін
3	Тор сион дық	дана	-	5	-	5		Электр ондық, өлшеу диапаз оны 500 мг дейін,

	таразы						дәлдігі 1 мг, қателігі +0,1 мг дейін
4	Сулы монша	дана	2	2	1	10	Температуралық диапазоны 5 ⁰ С -дан 95 ⁰ С -қа дейін, көлемі 10 л-ден кем емес
5	Колба жылытқыш	дана	2	5	1	10	Температуралық диапазоны 25 ⁰ С дан 4500С-ге дейін, екә зоналы қыздыру элементі
	Атомды - абсо						Ауыз су, табиғи және сарқынды сулардағы химиялық элементтердің құрамын өлшеуге арналған

6	рбц ион дық спек тро метр	дана	1	1	1	10	электр отерми ялық атомиз ацияме н және кеңейті лген спектр алды диапаз онмен, автосе мплер мен және сынап гидрид тіреуіш імен
7	Бид исти ллят ор	дана	1	1	1	10	Ең аз өнімділ ігі сағаты на 8 литрге дейін (бұдан әрі - л/ сағ))
8	Зерт хана лық диір мен	дана	1	5	2	10	Ең аз өнімділ ігі минут ына 20000 соғу
9	Му фел ьді пеш	дана	2	2	1	10	Сыйым дылығ ы 7 кг-ға дейін, қызды р у темпер атурас ы 1100 °C-ге дейін
							Pondus Hydrog enii өлшеу

10	Сутек көрсеткішін өлшеуіш – стационарлы рН метр	дана	2	3	2	5			диапазоны (бұдан әрі-рН) 1,00-14,00, 0 – 1999 милливольт, то-10 – 1000°С, жадысы 30 нәтижеден астам
11	Газды хромограф	дана	1	1	1	10	су және топыраққа зертханалық зерттеу жүргізу кезінде	АГГМО, ОҚГГМЭ, ҚГГМЭ	Жер беті және жер асты суларындағы және топырақ үлгілеріндегі пестицидтер, гербицидтерді анықтауға, ұшпа заттарды талдауға арналған детекторлық және бағдарламалық қамтамасыз етумен жабдықталға

1 2	Электрлі дистиллятор	дана	2	5	3	10
1 3	Инфрақызыл Фурье-ИК-Фурье спектрометр	дана	1	1	1	10

н, сұйықты хроматограф
Ең аз өнімділігі 10 л/сағ
Жер беті және жер асты сулары сынама-ларындағы, сондай-ақ топырақ үлгеріндегі мұнай өнімдерін анықтауға арналған градуирлік модельдің бейімділігімен бағдарламалық қамтамасыз етуі бар инфрақызыл анализатор
Сыйымдылығы

14	Кептіріш сөре	дана	1	2	1	10	40кг-нан кем емес, температуралық режимі 500 ⁰ С-тан 1000 ⁰ С-қа дейін
15	Ротатор	дана	1	1	1	10	Минималды өнімділігі 1 минутына 10 айналым, сынама саны 24 данадан кем емес
16	Спектрофотометр	дана	1	1	1	10	Жер беті және жер асты сулары сынама-ларындағы, сондай-ақ топырақ үлгеріндегі мұнай өнімдері мен пестицидтерді анықтауға арналған кеңейтілген спектр

							альды ауқым, бағдарламалық қамтамасыз етумен, дозаторы мен шамдары бар күрделі сынама л а р модификатор ы
17	Тоң азытқыш	дана	1	2	1	7	Тоңазытқыш камераның минималды көлемі 250 л
18	Флюорат анализаторы	дана	1	1	1	10	Спектральды аралығы 15 нанометрден (бұдан әрі - нм) кем емес, қателігі ± 3 нм, өлшеу уақыты 10 секундтан кем емес, өлшеу ауқымы 0,01-25 миллиграмм дециметр,

								топырақ пен судағы органикалық және бейорганикалық қоспалардың массалық концентрациясын өлшеуге арналған
3-бөлім. Суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйіне мониторинг жүргізу және бағалау нәтижелерін өңдеуге арналған жабдықтар тиістілігі нормалары								
1-кіші бөлім. Картографиялық материалдарды құру мен өңдеу								
1	Дереккөздер және жұмыс жасауға арналған компьютер	дана	43	42	33	4		Процессор жиілігі 2,9ГГц-тен кем емес, жедел жадысы DDR3 SDRAM 4 ГБ 1600 МГц-тен кем емес, қазіргі заманғы

2	Тасым алды компь ютер (ноутбу к)	дана	1 0	14	1 0	4	лице нзия лық опера ция лық жүйе сім ен, анти виру сты қ жән е кеңс елік бағд арла мала р жиы нты ғым ен
3	Лазерл і принте р	дана	1 0	14	1 0	4	Ақ- қара түст і, А4 піші нінд е, рұкс ат етіл ген бас ып шығ ару 600 dpi, бас ып шығ ару жыл дам дығ ы мин уты на 30

							бет (бұдан әрі - бет /мин)
4	Лазерлі принтер	дана	2	4	3	4	Түрлі-түсті, А3 пішінінде, рұқсат етілген басып шығару 600 dpi 1ГБ +8 ГБ, USB
5	Көп функциялы құрылғы КФҚ (принтер, ксерокс, сканер)	дана	5	6	4	10	Ақ-қара түсті, А3 пішінінде, рұқсат етілген басып шығару 600 dpi дейін, 150 бетке дейін қағазға арна
						мониторинг нәтижелеріне камералды өңдеу жүргізу кезінде	

							лған лото к, USB
6	Сканер	дана	2	4	2	4	А3 піші нінд е, рұқс ат етіл гені 4800 x480 0 dpi, түрл і-түс ті 48 бит, USB , Liqu id Crys tal Disp lay (бұда н әрі - LCD) дисп лей
7	Көшір м е аппара ты	дана	2	4	2	10	А3 піші нінд е, ақ-қ ара түст і, санд ық, көшірме жыл дам дығ ы 11 бет/ мин, зум

							25-400 %
8	Фотоаппарат	дана	2	2	1	7	Сандық, 3 inch (бұдан әрі - ") оптикалық экран, макро түсіру режимі мен
9	Сканер	дана	1	1	1	4	А0 пішінінде, 36 ", 1200 dpi кем емес, USB External Data Representation
10	Плоттер	дана	1	1	1	4	А0 пішінінде, 2400 x1200 dpi кем

АГГМО,
ОҚГГМЭ,
ҚГГМЭ

							емес
							, USB
							LCD
							, шам ресу рсы 4000 саға ттан кем емес
1 1	Проект ор	дана	1	1	1	7	, рұкс а т етіл гені 1280 x800 "
1 2	Arc Gis бағдар ламалы қ қамты мы	дана	1	1	1	10	Сан дык карт алар ды, геог раф иял ық акпа ратт ар ком пил яция сын жас ауға жән е дере ктер , қос ым шал ард ы басқ аруғ а

							арна лған
1 3	MapInfo бағдар ламалы қ қамты мы	дана	1	1	1	10	Жин ақта уға, сақт ауға , бейн елеу ге, үш өлш емді визу ализ ация лауғ а, граф икал ық объе ктіл ерді реда кция лауғ а, карт огра фия лық кеск інді жән е кеңі стік тік мәлі метт ерді сара птау ға арна лған
							Үш өлш емді объе ктіл ерді

14	AutoCAD бағдарламалық қамтымы	дана	1	1	1	10	карто-графиялық материалдарды өңдеу кезінде	авто матт алға н пара метр лік көрс етуг е, олар ды реда кция лауға, граф икал ық объе ктіл ерді дере ктер база сым ен байл аны сты руд ы қамт амас ыз етуг е арна лған
15	Corel Draw бағдарламалы	жиынтық	1	1	1	10		Кар тала р, схем алар , диаг рам мала р жас ауға , раст рлы

							топырақ а	АГГМ	ағаш төсем, пішіні 120х60х76 см
2	Кронштейні бар аспаптарға арналған үстел	дана	4	5	-	7	зертханалық зерттеу жүргізу кезінде	О, ОҚГГ МЭ, ҚГГМ Э	Металл қаңқа, пішіні 120х90х155 см
3	Зертханалық үстел	дана	5	5	4	7			Металл қаңқа, ағаш төсем, пішіні 120х60х76 см
4	Зертханалық орындық	дана	5	5	4	7			Ағаш, пішіні 46х59 см
5	Тартпалы шкаф	дана	1	2	1	10			Металл қаңқа, мығым әйнек, шкаф пішіні 120х60х76 см
6	Зертханалық ыдысқа арналған шкаф	дана	3	3	2	7			Металл, пішіні 80х58х181 см
7	Реактивтерге арналған шкаф	дана	3	3	3	7			Ағаш, пішіні 80х58х181 см
8	Муфельді пешке арналған сорып шығару шкафы	дана	1	2	1	10			Металл, пішіні 85х95х210см, жарық андырумен және 2 розеткалы
9	Сөрелері бар титрлауға арналған үстел	дана	5	5	2	7			Металл, пішіні 120х65х90 см, жарықтандырумен және 2 розеткалы
10	Қабырғалық химиял	дана	3	3	3	7			

	ы қ үстел								Пішіні 120x80x90 см
11	Көлем д і дөңгел е к үстел	дана	1	2	1	7			Металл қаңқа, ағаш төсем, пішінінің диаметрі 100см және биіктігі 76 см
12	Киімде рге арналғ а н шкаф	дана	2	4	1	7			2 жармалы, аяқ киімге және бас киімге арналған бөлігімен, пішіні 80x58x181 см

5-бөлім. Суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйіне мониторинг және бағалауды орындауға арналған кеңселік жиһаз тиістілігі нормалары

								А Г Г М О , О Қ Г Г М Э , Қ Г Г М Э	Үстел пішіні 160x80x75 см, тіркеуіші 40x60x60 см
		Тіркеуіші бар үстел	1	1	1	7			
		Қағаздарға арналған тумба	1	1	1	7			Пішіні 80x50x70 см, 2 жармалы
		Ұйымдық техникаға арналған тумба	1	1	1	7			Пішіні 80x50x70 см, 2 жармалы
		Қағаздарға арналған шкаф	1	1	1	7			Пішіні 80x40x19 5 см, стеллажда ры бар, төменгі тумбасы 2 жармалы
1	Басшы								Пішіні 120x50x1 95 см, 2 жармалы,

		Сырт киімге арналған шкаф	1	1	1	7	аяқ киімге және бас киімге арналған бөлігімен
		Кресло	1	1	1	7	Ені 60 см, арқасының биіктігі 70 см. Жұмсақ тері алмастырғышпен қапталған
		Келушілерге арналған кресло	4	4	4	7	Ені 50 см, арқасының биіктігі 60 см. Жартылай жұмсақты ғызатпен қапталған
		Сейф	1	1	1	7	Пішіні 40х40х38 см, металл, электрондық кодтық құлып
		Тіркеуіші бар үстел	1	1	1	7	Үстел пішіні 160х80х75 см, тіркеуіші 40х60х60 см
		Ұйымдастыру техникасына арналған тумба	1	1	1	7	Пішіні 80х50х70 см, 2 жармалы
		Келушілерге арналған орындық	4	4	4	7	Ағаш, тығыз затпен қапталған, ені 50 см, арқасының биіктігі 60 см

2	Басшының орынбасары	Қағаздарға арналған шкаф	1	1	1	7	Суармалы жерлердің мониторингі мен мелиоративтік ахаулына бағалау жүргізу барысында	Пішіні 80х40х195 см, стеллаждары бар, төменгі тумбасы 2 жармалы
		С ы р т киімге арналған шкаф	1	1	1	7		Пішіні 120х50х195 см, 2 жармалы, аяқ киімге және бас киімге арналған бөлігімен
		Қағаздарға арналған тумба	1	1	1	7		Пішіні 80х50х70 см, 2 жармалы
		Кресло	1	1	1	7		Ені 60 см, арқасының биіктігі 70 см. Жұмсақ тері алмастырғышпен қапталған
		Сейф	1	1	1	7		Пішіні 40х40х38 см, металл, электрондық кодтық құлып
		Үстел	8	5	5	7		Пішіні 160х80х75 см
		Кресло	8	5	5	7		Ені 60 см, арқасының биіктігі 70 см, жартылай жұмсақ тері алмастырғышпен немесе тығыз

3	Құрылым дық бөлімше басшысы						затпен қапталған
		Келушілерге арналған орындық	8	5	5	7	Ағаш, тығыззатп е н қапталған , ені 50 см , арқасыны ң биіктігі 60 см
		Қағаздарға арналған шкаф	8	5	5	7	Пішіні 80x40x19 5 см, стеллажда ры бар, төменгі тумбасы 2 жармалы
		Сырт киімге арналған шкаф	8	5	5	7	Пішіні 120x50x1 95 см, 2 жармалы, аяқ киімге және бас киімге арналған бөлігімен
		Құжаттарға арналған стеллаждар	8	5	5	7	Пішіні 80x40x19 5 см, стеллажда ры бар, төменгі тумбасы 2 жармалы
		Қағаздарға арналған тумба	8	5	5	7	Пішіні 80x50x70 см, 2 жармалы
		Сейф	8	5	5	7	Пішіні 40x40x38 с м , металл, кілтті құлып
		Үстел	45	68	23	7	Пішіні 160x80x7 5 см
							Ені 60 см, арқасыны ң биіктігі

4	Жұмыскер	Кресло	45	68	23	7	70 см. Жартылай жұмсақте рі алмастыр ғышпен немесе тығыз затпен қапталған
		Қағаздарға арналған шкаф	23	39	15	7	Пішіні 80x40x195 см, стеллаждары бар, төменгі тумбасы 2 жармалы
		Сырт киімге арналған шкаф	23	39	15	7	Пішіні 120x50x195 см, 2 жармалы, аяқ киімге және бас киімге арналған бөлігімен
		Құжаттарға арналған стеллаждар	23	39	15	7	Пішіні 80x40x195 см, стеллаждары бар, төменгі тумбасы 2 жармалы
		Қағаздарға арналған тумба	23	39	15	7	Пішіні 80x50x70 см, 2 жармалы